

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
1	SANITAS SAS	1	2	NucleoSpin Virus (250 preps) REF. 740956.250	Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se solicita por favor incluir el producto ReliaPrep™ Viral TNA Miniprep REF AX4820 Marca Promega que utiliza columnas de centrifugación para el procesamiento rápido de muestras virales basado en centrifugación. El sistema contiene suficientes reactivos para 250 extracciones y se puede utilizar para extraer con éxito el ARN viral del LCR, el esputo y el medio de transporte universal (UTM) para la detección mediante ensayos de qPCR. Como anexo se envía la ficha técnica y el respectivo registro INVIMA	No se acepta debido a que el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología ha realizado validaciones internas, externas y ensayos de aptitud con la marca y referencia del kit de extracción solicitada. Cualquier cambio en este ítem implicaría incurrir en gastos asociados a las validaciones.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
2	SANITAS SAS	1	9	Luna Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit REF. E3006E	Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se solicita por favor incluir el producto GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCR System REF A6121 Marca Promega que permite la detección y cuantificación relativa de los niveles de expresión de ARN utilizando un método RT-qPCR de un solo paso, combinando GoScript™ Reverse Transcriptase y GoTaq® Probe qPCR Master Mix en un solo paso en una reacción de amplificación en tiempo real. El sistema contiene suficientes reactivos para 1250 reacciones de 20 µl. Incluye por separado colorante de referencia Carboxi-X-Rodamina (CXR) (idéntico al colorante ROX™) para ser usado en aquellos instrumentos que requieran un nivel más alto de colorante de referencia que el de la mezcla maestra GoTaq® qPCR. Como anexo se envia la ficha técnica y el respectivo registro INVIMA	No se acepta debido a que el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología ha realizado validaciones internas, externas y ensayos de aptitud con la marca y referencia de la enzima solicitada para la detección del Gen E del SARS-CoV-2. Cualquier cambio en este ítem implicaría incurrir en gastos asociados a las validaciones.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
3	SANITAS SAS	1	11	qScript XLT 1-Step RT-qPCR ToughMix L-ROX Kit, 2000R Referencia:95134-02K	Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se solicita por favor incluir el producto GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCR System REF A6121 Marca Promega que permite la detección y cuantificación relativa de los niveles de expresión de ARN utilizando un método RT-qPCR de un solo paso, combinando GoScript™ Reverse Transcriptase y GoTaq® Probe qPCR Master Mix en un solo paso en una reacción de amplificación en tiempo real. El sistema contiene suficientes reactivos para 1250 reacciones de 20 µl. Incluye por separado colorante de referencia Carboxi-X-Rodamina (CXR) (idéntico al colorante ROX™) para ser usado en aquellos instrumentos que requieran un nivel más alto de colorante de referencia que el de la mezcla maestra GoTaq® qPCR. Como anexo se envia la ficha técnica y el respectivo registro INVIMA	No se acepta debido a que el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología ha realizado validaciones internas, externas y ensayos de aptitud con la marca y referencia de la enzima solicitada para la detección del Gen Rnasa P Y N2 del SARS-CoV-2. Cualquier cambio en este ítem implicaría incurrir en gastos asociados a las validaciones.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
4	SANITAS SAS	2	1	PLACA PCR EN TIEMPO REAL EN PP DE 96 POCILLOS, SIN BORDE LOW PROFILE, BLANCA REF. 781367-B	Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se solicita por favor incluir el producto placas de PCR en tiempo real en PP de 96 pocillos, perfil bajo (LP) sin borde REF. 401494 marca Agilent, caja x 25 placas transparentes. Como anexo se envia el catálogo	No se acepta debido a que en la información suministrada no se detallan los termocicladores con los cuales es compatible la referencia 401494 marca Agilent. Además, de acuerdo a la página oficial de Agilent https://www.agilent.com/store/en_US/Prod-401494/401494 , se menciona que esta placa es unicamente compatible con Aria Real-Time PCR System, termociclador que no cuenta el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
5	SANITAS SAS	2	2	PLACAS PCR DE 96 POCILLOS EN PP COLOR BLANCO, LOW PROFILE, BORDE ELEVADO REF. 781374-B	Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se solicita por favor incluir el producto placas de PCR en tiempo real en PP de 96 pocillos, perfil bajo (LP) con borde elevado REF. 401490 marca Agilent, caja x 25 placas transparentes. Como anexo se envia se envia el catálogo	No se acepta debido a que en la información suministrada no se detallan los termocicladores con los cuales es compatible la referencia 401490 marca Agilent. Además, de acuerdo a la página oficial de Agilent https://www.agilent.com/store/en_US/Prod-401490/401490 , se menciona que esta placa es unicamente compatible con Aria Real-Time PCR System, termociclador que no cuenta el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
6	SANITAS SAS	2	3	LAMINA DE CIERRE P. PLACAS AUTOADHESIVA ALTA TRANS. PRESION SENSIT.RT-PCR 100 H REF. 781391-b	Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se solicita por favor incluir el producto sellos o laminas de placa adhesiva para cierre de placas qPCR REF. 401492 marca Agilent, caja x 50 adhesivos. Como anexo se envia se envia el catálogo	No se acepta debido a que en la información suministrada no se detallan los termocicladores con los cuales es compatible la referencia 401492 marca Agilent. Además, de acuerdo a la página oficial de Agilent https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=401492 , se menciona que esta lamina es unicamente compatible con Aria Real-Time PCR System, termociclador que no cuenta el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología
7	SANITAS SAS	2	4	CRIOCAJA EN CARTULINA PLASTIFICADA DE 1.2/1.8 DE 9 X 9 RANGO DE TEMPERATURA - 85 C X UNI REF. 80181	Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se solicita por favor incluir el producto criocaja de cartón B9, 133x133x50 mm, cuadrícula de 9x9 celdas x unidad, rango de temperatura -85 °C REF. 5042030C marca CAPP. Como anexo se envia el catálogo	Se acepta la solicitud realizada por el proveedor. Ver Anexo Anexo Modificado.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
8	SANITAS SAS	2	5	PUNTAS TIPONE DE 10 µl XL CON FILTRO ESTERILES GRADUADA LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS REF. 1120-3810	Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se solicita por favor incluir el producto puntas ExpellPlus 10µl XL, estéril con filtro, 10x96 uds, libres de DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS REF 5030061C marca CAPP. Como anexo se envia el catálogo	No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya que el laboratorio cuenta con micropipetas marca Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a las puntas de la marca solicitada.
9	SANITAS SAS	2	7	PUNTAS TIPONE DE 20 µl CON FILTRO ESTERILES BISELADA LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS REF. 1120-1810	Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se solicita por favor incluir el producto puntas ExpellPlus 20µl, estéril con filtro, 10x96 uds, libres de DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS REF 5030062C marca CAPP. Como anexo se envia el catálogo	No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya que el laboratorio cuenta con micropipetas marca Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a las puntas de la marca solicitada.
10	SANITAS SAS	2	9	PUNTAS TIPONE DE 200 µl CON FILTRO ESTERILES GRADUADA LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS, 10 racks of 96 tips (960 tips) REF. 1120-8810	Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se solicita por favor incluir el producto puntas ExpellPlus 200 µl, estéril con filtro, 10x96 uds, libres de DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS REF 5030090C marca CAPP. Como anexo se envia el catálogo	No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya que el laboratorio cuenta con micropipetas marca Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a las puntas de la marca solicitada.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
11	SANITAS SAS	2	11	PUNTAS TIPONE DE 1000 µl XL CON FILTRO ESTERILES LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS REF. 1122-1830	Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se solicita por favor incluir el producto puntas ExpellPlus 1000 µl, estéril con filtro, 8x96 uds, libres de DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS REF 5130150C marca CAPP. Como anexo se envía el catálogo	No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya que el laboratorio cuenta con micropipetas marca Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a las puntas de la marca solicitada.
12	SANITAS SAS	2	13	TUBOS MICROCENTRIFUGA. 1.5 ML. PP. AUTOCLAVABLE. NO ESTERIL. LIBRES DE RNasa, DNasa Y PIROGENOS. COLOR NATURAL. REF. 80-1500	Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se solicita por favor incluir el producto tubos de microcentrífuga Expell 1.5 ml, a granel, bolsa x 500 uds, autoclavable no esteril, libres de DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS REF 5101501C marca CAPP. Como anexo se envía el catálogo	Se acepta la solicitud realizada por el proveedor. Ver Anexo Anexo Modificado.
13	SANITAS SAS	2	15	SET DE MICROPIPETAS RESEARCH® PLUS SET DE PIPETAS OPCION 1 (0.5-10UL/10-100UL/100-1000). REF: 3120000909. INCLUYE PUNTAS DE PIPETA epT.I.P.S. 3 x 96 EN CAJAS RELLENABLES	Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se solicita por favor incluir el producto Set de tres micropipetas OPCION 1 (0.5-10UL/10-100UL/100-1000), incluye soporte, tres racks de puntas y timer REF SK-03-XX marca CAPP. Como anexo se envía el catálogo	No se acepta debido a que el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología cuenta con varias micropipetas de la referencia solicitada, lo cual permite la homogenización en los repuestos y en la solicitud de compra de puntas.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
14	PURIFICACIÒN Y ANÀLISIS DE FLUIDOS SAS	1	2	NucleoSpin Virus (250 preps) REF. 740956.250	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos que se permita la participaciòn con producto homòlogo marca Sigma Aldrich RNB100 GenElute™ Total RNA Purification Kit el cual es un referente para las aplicaciones de aislamiento de àcidos nuclicos desde muestras de virus. Este producto lo podemos suministrar en una presentaciòn de 100 reacciones, de manera que solicitamos que se admita esta presentaciòn que ofrece ventaja pues se facilita la manipulaciòn y se disminuye el desperdicio de reactivo. La entidad solicita 5 unidades de 250 preparaciones para un total de 1250, estamos en capacidad de ofrecer 13 unidades para un total de 1300 preparaciones, mayor cantidad de preparaciones por el mismo presupuesto. Para mas detalles se puede consultar el link: https://www.sigmaaldrich.com/CO/es/product/sigma/rnb100?context=product	No se acepta debido a que el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología ha realizado validaciones internas, externas y ensayos de aptitud con la marca y referencia del kit de extracción solicitada. Cualquier cambio en este ítem implicaría incurrir en gastos asociados a las validaciones.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
15	PURIFICACIÒN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS	1	9	Luna Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit REF. E3006E	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca Sigma Aldrich dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofreceré un producto homologado al producto requerido (Ref. KCQS07500RXN). Este Kit o mezcla maestra para RT-qPCR de un solo paso, no contiene ROX o un colorante de referencia interna. Contiene todos los componentes necesarios para RT-qPCR excepto la plantilla y la sonda de ARN. Se solicita que en vez de ofertar 4 kits por 2500 reacciones cada uno, sea aceptado ofertar 20 kits por 500 reacciones cada uno. Con esta presentación se facilita la manipulación y se reduce el riesgo de desperdiciar el reactivo Adjunto link para información técnica del mismo. https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/kcqs07?lang=en&region=CO	No se acepta debido a que el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología ha realizado validaciones internas, externas y ensayos de aptitud con la marca y referencia de enzima solicitada para la detección del Gen E del SARS-CoV-2. Cualquier cambio en este ítem implicaría incurrir en gastos asociados a las validaciones.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
16	PURIFICACIÒN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS	1	10	RNASE AWAY DECONTAMINANT SPRAY BOTTLE 475 ML REF. 7002	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca Sigma Aldrich dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido (Ref. R2020-250ML). Nuestro Agente de limpieza es para eliminar RNAsade de cristalería, aparatos, superficies de plástico, mostradores y pipetas. También es eficaz para eliminar la contaminación por ARNasa de los tubos de microcentrífuga sin inhibir las reacciones enzimáticas posteriores. Se solicita que en vez de 18 frascos por 475 ml cada uno, para un total de 8.550 ml sea aceptado ofertar 6 Kits de 6 frascos por 250 ml cada uno para un total de 9.000 ml, con esta presentación se facilita la manipulación y se reduce el riesgo de desperdiciar el reactivo, ademas de que la entidad obtiene mayor cantidad de producto con el mismo presupuesto. Adjunto link para información técnica del mismo. https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/r2020?lang=en&region=CO	Se acepta la solicitud realizada por el proveedor. Ver Anexo Anexo Modificado.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
17	PURIFICACIÒN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS	1	11	qScript XLT 1-Step RT-qPCR ToughMix L-ROX Kit, 2000R Referencia:95134-02K	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca Sigma Aldrich dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido (Ref. QR02001KT). Este Kit o mezcla maestra para RT-qPCR de un solo paso para métodos basados en sondas. Esta conveniente mezcla preparada 2X incluye M-MLV RT, Taq ADN polimerasa de inicio en caliente, desoxinucleótidos puros al 99%, tampón, pasivador de vidrio y estabilizadores (Incluye un vial de colorante de referencia ROX separado para normalizar la reacción). Se solicita que en vez de ofertar 11 kits por 2000 reacciones cada uno, sea aceptado ofertar 220 kits por 100 reacciones a 50 µL cada una, con esta presentaciòn se facilita la manipulaciòn y se reduce el riesgo de desperdiciar el reactivo. Adjunto link para informaciòn técnica del mismo. https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/qr0200?lang=en&region=CO	No se acepta debido a que el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología ha realizado validaciones internas, externas y ensayos de aptitud con la marca y referencia de enzima solicitada para la detección del Gen Rnasa P Y N2 del SARS-CoV-2. Cualquier cambio en este ítem implicaría incurrir en gastos asociados a las validaciones.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
18	PURIFICACIÒN Y ANÀLISIS DE FLUIDOS SAS	1	12	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO P.A. REF.900-03	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca Supelco - Merck dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer un producto homólogo al producto requerido (Ref. 1009834000), en igual presentación y calidad superior. Adjunto link para información técnica del mismo. https://www.sigmaaldrich.com/CO/en/product/mm/100983?context=product	Se acepta la solicitud realizada por el proveedor. Ver Anexo Anexo Modificado.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
19	PURIFICACIÒN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS	2	15	SET DE MICROPIPETAS RESEARCH® PLUS SET DE PIPETAS OPCION 1 (0.5-10UL/10-100UL/100-100). REF: 3120000909. INCLUYE PUNTAS DE PIPETA epT.I.P.S. 3 x 96 EN CAJAS RELLENABLES	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca Cleaver dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer productos homólogos al producto requerido (Ref. CV10; CV100; CV1000). Nuestro Kit de micropipetas de 0,5 a 100µl, 10 a 100µl, 100 a 1.000µl; son contruidos con PP/PVDF duraderos, volumen ajustable, completamente autoclavable a 121°C/0.1 MPa/20 min, la posición del eyector de puntas en el eje es ajustable para permitir el uso de la pipeta con prácticamente todas las marcas de puntas. Cada pipeta tiene su propio número de serie único grabado en el cuerpo y se suministra con su propio certificado de calibración individual, como garantía de la calidad de la unidad. Con exactitud/ Coeficiente de variación de ± 4.0 to 0.5% / ± 2.8 to 0.4% para micropipeta de 0.5 a 10µl, $\pm 1.6\%$ a 0.8 / ± 0.8 a 0.2% para micropipeta de 10 a 100µl, $\pm 1.2\%$ a 0.6 / ± 0.6 a 0.2% para micropipeta de 20 a 200µl y ± 1.6 a 0.6% / ± 0.4 a 0.15% para micropipeta de 100 a 1000µl. Adjunto Brochure para información técnica de las mismas.	No se acepta debido a que el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología cuenta con varias micropipetas de la referencia solicitada, lo cual permite la homogenización en los repuestos y en la solicitud de compra de puntas.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
20	PURIFICACIÒN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS	2	16	KIT 2 JUEGO DE 4 MICROPIPETAS F1 DESDE 0,2 HASTA 1000 Ul. F1 Micropipeta 0,2-2ul. F1 Micropipeta 2-20ul. F1 Micropipeta 20-200ul F1 Micropipeta 100-1000ul. Soporte para 4 micropipetas. 4 Rack de puntas	Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca Cleaver dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en nuestra marca podemos ofrecer productos homólogos al producto requerido (Ref. CV1000; CV2; CV20; CV200; CV4P). Nuestro Kit de micropipetas de 100 a 1.000µl, 0,2 a 2µl, 2 a 20µl y 20 a 200µl, y el soporte para 4 micropipetas; son construidos con PP/PVDF duraderos, volumen ajustable, completamente autoclavable a 121°C/0.1 MPa/20 min, la posición del eyector de puntas en el eje es ajustable para permitir el uso de la pipeta con prácticamente todas las marcas de puntas. Cada pipeta tiene su propio número de serie único grabado en el cuerpo y se suministra con su propio certificado de calibración individual, como garantía de la calidad de la unidad. Con exactitud/ Coeficiente de variación de ± 4.0 to 0.5% / ± 2.8 to 0.4% para micropipeta de 0.5 a 10µl, $\pm 1.6\%$ a 0.8 / ± 0.8 a 0.2% para micropipeta de 10 a 100µl, $\pm 1.2\%$ a 0.6 / ± 0.6 a 0.2% para micropipeta de 20 a 200µl y ± 1.6 a 0.6% / ± 0.4 a 0.15% para micropipeta de 100 a 1000µl. Adjunto Brochure para información técnica de las mismas.	No se acepta debido a que el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología cuenta con varias micropipetas de la referencia solicitada, lo cual permite la homogenización en los repuestos y en la solicitud de compra de puntas.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
21	PURIFICACIÒN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS	2. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS. 2.1. Documentos para la participación.	2.1.3. Documentos Técnicos. 2.1.3.1. Oferta en los Anexos 1 y 2.	NOTA: Las condiciones anteriormente descritas son de obligatorio cumplimiento con la presentación de la oferta. En aquellos requisitos que sean subsanables, la Universidad tecnológica de Pereira dará un tiempo que se indicará durante la audiencia para su cumplimiento. Serán rechazadas las ofertas de quienes no aclaren, completen...	La oferta no implica una mejora de la misma. Por favor eliminar la palabra "completen".	Los requisitos que se pueden subsanar no incluyen la oferta, la oferta no es subsanable.
22	PURIFICACIÒN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS	MINUTA DEL CONTRATO	Decima Quinta. Multas	El Contratante podrá imponer multas al Contratista en caso de incumplimiento parcial o total...	Favor aclarar el procedimiento aplicable a la imposición de multas y exigibilidad de la cláusula penal que garantice el debido proceso y el derecho de defensa del Contratista.	El proceso de imposición de multas se inicia cuando se evidencia una situación de posible incumplimiento, respetando en todo caso las garantías, deberes y derechos de las partes, de conformidad con la naturaleza y condiciones propias del contrato.
23	PURIFICACIÒN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS	MINUTA DEL CONTRATO	Décima Novena. Indemnidad.	EL CONTRATISTA, mantendrá indemne a la entidad CONTRATANTE, de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones...	Favor agregar: "... debidamente comprobados..."	Se acoge su observación.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
24	KAIKA S.A.S		3	LAMINA DE CIERRE P. PLACAS AUTOADHESIVA ALTA TRANS. PRESION SENSIT.RT-PCR 100 H REF. 781391-b	Se solicita comedidamente incluir la marca eppendorf con la referencia 0030127870 Storage Film.PCR clean. X 100 unidades. Se envia informacion tecnica.	No se acepta debido a que en la información suministrada no se detallan los termocicladores con los cuales es compatible la referencia.
25	KAIKA S.A.S		5	PUNTAS TIPONE DE 10 µl XL CON FILTRO ESTERILES GRADUADA LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS REF. 1120-3810	Se solicita comedidamente incluir la marca SARTORIUS, con la referencia 790011F que son Estándar cumplen con las características requeridas. SE adjunta informacion tecnica.	No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya que el laboratorio cuenta con micropipetas marca Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a las puntas de la marca solicitada.
26	KAIKA S.A.S		7	PUNTAS TIPONE DE 20 µl CON FILTRO ESTERILES BISELADA LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS REF. 1120-1810	Se solicita comedidamente incluir la marca SARTORIUS, con la referencia 790021F que son Estándar cumplen con las características requeridas. Se adjunta informacion tecnica.	No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya que el laboratorio cuenta con micropipetas marca Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a las puntas de la marca solicitada.
27	KAIKA S.A.S		9	PUNTAS TIPONE DE 200 µl CON FILTRO ESTERILES GRADUADA LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS, 10 racks of 96 tips (960 tips) REF. 1120-8810	Se solicita comedidamente incluir la marca SARTORIUS, con la referencia 790201F que son Estándar cumplen con las características requeridas. Se adjunta informacion tecnica.	No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya que el laboratorio cuenta con micropipetas marca Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a las puntas de la marca solicitada.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
28	KAIKA S.A.S		11	PUNTAS TIPONE DE 1000 µl XL CON FILTRO ESTERILES LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS REF. 1122-1830	Se solicita comedidamente incluir la marca SARTORIUS, con la referencia 791001F que son puntas estándar cumplen con las características requeridas. Se adjunta informacion tecnica.	No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya que el laboratorio cuenta con micropipetas marca Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a las puntas de la marca solicitada.
29	KAIKA S.A.S		16	KIT 2 JUEGO DE 4 MICROPIPETAS F1 DESDE 0,2 HASTA 1000 UI. F1 Micropipeta 0,2-2ul. F1 Micropipeta 2-20ul. F1 Micropipeta 20-200ul F1 Micropipeta 100-1000ul. Soporte para 4 micropipetas. 4 Rack de puntas	Se solicita comedidamente incluir la marca SARTORIUS de Alemania ,Modelo Tacta referencia LH729672 incluye 4 micropipetas volúmenes, 4 racks + soporte . SE adjunta informacion tecnica.	No se acepta debido a que el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología cuenta con varias micropipetas de la referencia solicitada, lo cual permite la homogenización en los repuestos y en la solicitud de compra de puntas.
30	GREEN VIEW CORPORATION	1	2	NucleoSpin Virus (250 preps) REF. 740956.250	CUAL ES EL PLAZO DE EJECUCION DE ENTREGA DE LA REFERENCIA REQUERIDA PARA ESTE SUBÍTEM?	60 DÍAS
31	GREEN VIEW CORPORATION	1	2	NucleoSpin Virus (250 preps) REF. 740956.251	NOS PODEMOS PRESENTAR SOLO PARA ESTE ÍTEM?	Si
32	DOTAGES SAS	2	4	Criocajas en cartulina plastificada de 1,2/1,8 de 9x9, rango de temperatura -85°C, marca SPL	Por favor permitir ofertar: Criocajas en cartulina marca LABFORCE, referencia 1141Q92, plastificadas, de 1,2/1,8 ml, posición 9x9 y resistencia a temperaturas de -196°C (Adjuntamos catálogo)	Se acepta la solicitud realizada por el proveedor. Ver Anexo Anexo Modificado.
33	DOTAGES SAS	2	13	Tubos de microcentrifuga 1,5 ml, pp, Autoclavable, no estéril, libres de Rnasa, DNAsa y pirógenos, color Natural, marca Biologix. Ref: 80-1500	Por favor permitir cotizar: Tubos de microcentrifuga 1,5 ml, pp, Autoclavable, no estéril, libres de Rnasa, DNAsa y pirógenos, color Natural, Marca LABFORCE Ref:1149X63. (Adjuntamos catálogo)	Se acepta la solicitud realizada por el proveedor. Ver Anexo Anexo Modificado.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
34	DOTAGES SAS	2	15	Set de micropipetas Research, marca eppendorf , REF: 3120000909	Permitir cotizar micropipetas marca CLEAVER referencias CV10 - CV100 - CV1000 mas 3 cajas de 96 puntas. (Adjuntamos catálogo)	No se acepta debido a que el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología cuenta con varias micropipetas de la referencia solicitada, lo cual permite la homogenización en los repuestos y en la solicitud de compra de puntas.
35	DOTAGES SAS	2	16	Kit de 4 micropipetas desde 0,2 hasta 1000ul, marca Thermo Scientific	Permitir cotizar micropipetas marca CLEAVER, REF: CVSTARTERPACK mas 4 cajas de 96 puntas. (Adjuntamos catálogo)	No se acepta debido a que el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología cuenta con varias micropipetas de la referencia solicitada, lo cual permite la homogenización en los repuestos y en la solicitud de compra de puntas.
36	Avántika Colombia S.A.S	2	15	SET DE MICROPIPETAS RESEARCH® PLUS SET DE PIPETAS OPCION 1 (0.5-10UL/10-100UL/100-100). REF: 3120000909. INCLUYE PUNTAS DE PIPETA epT.I.P.S. 3 x 96 EN CAJAS RELLENABLES	Solicitamos amablemente permitir ofertar la referencia 705893 + 732204+732208+732212 Marca Brand. Adjuntamos Ficha técnica	No se acepta debido a que el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología cuenta con varias micropipetas de la referencia solicitada, lo cual permite la homogenización en los repuestos y en la solicitud de compra de puntas.
37	Avántika Colombia S.A.S	2	16	KIT 2 JUEGO DE 4 MICROPIPETAS F1 DESDE 0,2 HASTA 1000 UI. F1 Micropipeta 0,2-2ul. F1 Micropipeta 2-20ul. F1 Micropipeta 20-200ul F1 Micropipeta 100-1000ul. Soporte para 4 micropipetas. 4 Rack de puntas	Solicitamos amablemente permitir ofertar la referencia 705896+732202+732208+732212 Marca Brand. Adjuntamos Ficha técnica	No se acepta debido a que el Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología cuenta con varias micropipetas de la referencia solicitada, lo cual permite la homogenización en los repuestos y en la solicitud de compra de puntas.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
AEDNDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Univesridad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que correspon

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
38	Avántika Colombia S.A.S	2	16	KIT 2 JUEGO DE 4 MICROPIPETAS F1 DESDE 0,2 HASTA 1000 UI. F1 Micropipeta 0,2-2ul. F1 Micropipeta 2-20ul. F1 Micropipeta 20-200ul F1 Micropipeta 100-1000ul. Soporte para 4 micropipetas. 4 Rack de puntas	Solicitamos amablemente aclarar si se deben entregar por cada micropipeta una sola caja de puntas completando las 4 solicitadas o por cada micropipeta que compone el kit se debe entregar 4 racks de puntas	Por cada kit de micropipetas se debe entregar 4 racks de puntas de los diferentes volúmenes
39	Avántika Colombia S.A.S	1 y 2	TODOS		Solicitamos amablemente publicar el presupuesto asignado a cada ítem y subitem del proceso ya que le valor que publica la entidad es para todo completo y así podremos verificar si los precios están acorde a lo solicitado por la misma.	La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con un presupuesto de \$ 1,141,074,255. para la compra de los Reactivos y Material de laboratorio en su totalidad IVA incluido
40	Avántika Colombia S.A.S	1 y 2	TODOS		Solicitamos aclarar hasta que fecha tiene la entidad estipulada la ejecución del contrato ya que estos productos son de alta demanda a nivel mundial y es posible que los tiempos estipulados no se cumplan, esto debido a la escasez de los mismos por la pandemia	Item 1 , subitem 1, 4, 9, 11 - 20 días; subitem 3, 5, 6, 7, 8, - 30 días; subitem 10, 12, 13, 14 - 45 días y subitem 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - 60 días. Item 2 , subitem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 - 20 días; subitem 7, 8, 9, 10, 14 - 60 días; subitem 15, 16 - 90 días

Para recordar:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 08 DE 2021
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS SARS – COV 2
ADENDA 1 - ACLARACIÓN DE DUDAS

La Universidad Tecnológica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la Convocatoria Pública 08 de 2021

ANEXO 4
INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 DE 2021

NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catálogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que corresponden

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
--------------------	----------------	-------------	----------------	------------------	----------	------------------

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Convocatoria Pública.
- Se recomienda leer detenidamente el contenido total de los Pliegos de Condiciones, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente ADENDA y el ANEXO 1 MODIFICADO publicado con la presente.
- Se recomienda a los participantes tener el documento de poder de representación en un archivo separado dado que se solicitará una vez iniciada la audiencia.
- Se recomienda a los participantes definir el nombre de cada uno de los archivos contenidos en cada una de las carpetas que corresponden a los diferentes comités
- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Convocatoria Pública
- Deben ser puntuales con el cronograma.
- Se recomienda leer detenidamente el contenido total de la Convocatoria, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente ADENDA
- Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en el Anexo 1 - Modificado presentación oferta

Se recomienda, además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad www.utp.edu.co, hasta el día de cierre de la Convocatoria a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.